



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROCESSO Nº 2020/12.14.001-SESAUI/PMM

OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento as Portarias nº 2.855/2019 e 2.552/2020 do Ministério da Saúde.

MATERIAL PERMANENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QNT	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DEHEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL,CAPACIDADE 400 litros, COM PORTA DEVIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇAANTE;SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA EBAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DETRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEMAUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMADE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARANO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕESDE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DACIONCESSIONÁRIA LOCAL (Portaria nº 2.552/2020 – MS)	UND	1	21.166,67	21.166,67
2	NO-BREAK: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UND	6	758,00	4.548,00
3	CADEIRA: Aço / ferro pintado. Braços/regulagem de alt/trodizios/assento e encosto. Polipropileno.	UND	11	100,00	1.100,00

[Handwritten mark]



4	<p>COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.</p> <p>Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	UND	3	4.924,00	14.772,00
5	POLTRONA HOSPITALAR: mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação. aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120 kg/acionamento manual.	UND	18	1.354,00	24.372,00
6	TELEFONE: tipo/identificador de chamadas/ secretária eletrônica. sem fio/ com id de chamadas/ sem secretária eletrônica.	UND	6	181,00	1.086,00
7	AR CONDICIONADO: Tipo Split de 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO.	UND	7	1.719,00	12.033,00
8	BALDE A PEDAL: aço inox/de 30l até 49l.	UND	8	231,00	1.848,00
9	MESA PARA CONSULTÓRIO: madeira/ mdp/ mdf/ similar de 01 a 02 gavetas.	UND	3	279,00	837,00
10	ESFIGOMANÔMETRO OBESO: analógico/nylon.	UND	4	347,00	1.388,00
11	OTOSCÓPIO SIMPLES: fibra optica / led. 5 a 10 espelhos reutilizáveis.	UND	5	1.456,00	7.280,00
12	IMPRESSORA LASER (COMUM): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício, capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UND	3	1.980,00	5.940,00
13	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL: analógico/nylon.	UND	4	280,00	1.120,00
14	ARMÁRIO: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04. capacidade mínima da prateleira 40kg. material de confecção aço	UND	7	569,00	3.983,00
15	ARMÁRIO VITRINE: 02 portas/aço / ferro pintado/possui.	UND	5	1.788,00	8.940,00



16	EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM: Equipamento portátil e automático realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção e Transiente. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, software, bateria recarregável e maleta para transporte.	UND	1	28.546,00	28.546,00
17	CARRO DE CURATIVOS: aço inoxidável / balde e bacia. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UND	2	1.257,00	2.514,00
18		UND	1	4.118,00	4.118,00
19	BALDE/LIXEIRA: de 11 até 20 l / aço ou ferro pintado	UND	4	151,00	604,00
20	MESA PARA IMPRESSORA: aço / ferro pintado, mínimo de 50 x 40 x 70 cm, madeira/ mdp/ mdff similar.	UND	1	181,00	181,00
21	ESCALADA COM 2 DEGRAUS: aço inoxidável.	UND	1	369,00	369,00
22	LANTERNA CLÍNICA: Tipo Led.	UND	1	68,00	68,00
23	VENTILADOR DE TETO/PAREDE: 3 ou 4 pás/ parede.	UND	2	207,00	414,00
24	MESA DE ESCRITÓRIO: madeira/ mdp/ mdff similar, composição simples, com gavetas.	UND	1	558,00	558,00
25	BERA TRIAGEM: Equipamento que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, cabos para comunicação para computadores.	UND	1	39.910,00	39.910,00
26	MESA DE EXAMES: madeira/ mdp/ mdff similar mínima de 150 kg, gabinete/armário.	UND	1	3.014,00	3.014,00
27	MESA PARA COMPUTADOR: de 01 a 02 gavetas, madeira/ mdp/ mdff similar.	UND	1	393	393
VALOR TOTAL					191.102,67

Mocajuba 21 de Dezembro 2021

