



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/03.05.001-SESAU/PMM

OBJETO: Aquisição de Analisador Bioquímico e Hematológico em Atendimento a Portaria Nº 929/2020 – Sespal/PA.

MATERIAL PERMANENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QNT	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO – VELOCIDADE MÍNIMA DE 160 TESTES POR HORA – MÍNIMO DE 60 CURETAS DE REAÇÃO AUTOCLAVÁVEIS INDIVIDUAIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LAVAGEM E SECAGEM. MÍNIMO DE 48 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS SIMULTÂNEAS – LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EMBUTIDO INTERNAMENTE – SISTEMA OPERACIONAL EM PORTUGUES E COM CONTROLE DE QUALIDADE – GRANDE CAPACIDADE DE MEMÓRIA	UND	1	87.951,45	87.951,45

Benedito Rodrigues



2	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO – CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS. DEVERÁ CONTER PARÂMETROS PARA: CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS (CÉLULAS BRANCAS); CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS (GLÓBULOS VERMELHOS); CONTAGEM TOTAL DE PLAQUETAS E PLAQUETÓCRITOS; VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO E AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS; CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABSOLUTO, PORCENTAGEM E VALOR RELATIVO); CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR ABSOLUTO, PORCENTAGEM E VALOR RELATIVO); CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, PORCENTAGEM E VALOR RELATIVO); CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, PORCENTAGEM E VALOR RELATIVO); CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, PORCENTAGEM E VALOR RELATIVO); CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS/ANORMAIS, VALOR ABSOLUTO; PORCENTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS/ANORMAIS, VALOR RELATIVO; CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS, VALOR ABSOLUTO; PORCENTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS, VALOR RELATIVO; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS; TAXA DE CÉLULAS GRANDES E PLAQUETAS E CONTAGEM DE CÉLULAS GRANDES; LEITURA DE HEMOGLOBINA; DETERMINAÇÃO DE HEMATÓCRITO; DETERMINAÇÃO DE VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO DO TAMANHO DAS CÉLULAS/DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA; ÍNDICE DE ANISOCITOSE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 AMOSTRAS POR HORA. -EQUIPAMENTO(S)/AMOSTRA: SANGUE VENOSO, CAPILAR E DILUÍDO. -SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO REMOÇÃO DE OBSTRUÇÃO AUTOMÁTICO. -CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL. -SOFTWARE EM PORTUGUÊS E COM CONTROLE DE QUALIDADE COMPLETO. -SISTEMA DE ALARME INDICANDO DIFERENCIAÇÃO E MORFOLOGIA ANORMAL DAS CÉLULAS SANGUÍNEAS, COM ALARMES PARA PATOLOGIAS DAS SÉRIES, ALÉM DE ALARMES PARA FALHAS DE CONTAGEM. -MONITOR COM TELA COLORIDA E IMPRESSORA ACOPLADOS. -LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. -DEVE POSSUIR GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS E GRÁFICOS (MÍNIMO: 100.000). -BI-VOLT AUTOMÁTICO (110V-240V).</p>	UND	1	51.860,00	51.860,00	
VALOR TOTAL						139.811,45

Benedicto Rodrigues

Mocajuba 11 de março 2021

