



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
Fundo Municipal de Saúde de Mocajuba  
CNPJ: 11.939.601/0001-80



## PARECER TÉCNICO

Este parecer inicia-se com a avaliação das especificidades contidas no manual de instruções das marcas apresentadas pelas empresas classificadas, bem como registro junto à ANVISA; método de realização dos testes e tempo, sensibilidade e precisão para obtenção de resultado.

As empresas JG GEMAQUE e POLYMEDH não apresentaram marcas dos testes cotados para o chamamento, impossibilitando a análise dos testes, sendo assim desclassificadas.

Todas as marcas utilizam método imunocromatográfico para realização da amostra, o tempo para detecção dos resultados varia de acordo com a marca, o qual varia entre 10 a 25 minutos.

As marcas analisadas podem utilizar como método para obtenção de resultado o sangue/plasma/soro para pesquisa de anticorpos IgM e IgG SARS-CoV-2.

Para a análise da sensibilidade e especificidade foram levados em consideração os resultados dos testes feitos pela ANVISA, que podem ser consultados em: <http://cmqv.org/programa-de-avaliacao-de-kits-de-diagnostico-para-sars-cov2/> e nas bulas de cada marca.

Nº	EMPRESA	MARCA	RESULTADO
1	GOYASES	ACRO BIOTECH EUA	Sensibilidade para IgG de 66,1% de 7 a 14 dias; 91,2% de 15 a 21 dias; 82,9% > 21 dias. Para IgM 52,6% de 7 a 14 dias; 55,9% de 15 a 21 dias; 42,4% > 21 dias. Especificidade para IgG de 96,7% em todos os dias; IgM de 92,2% para todos os dias.
2	SUPERBRANDS	GENRUI BIOTECH INC – CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Sensibilidade para IgG de 41,67% de 7 a 14 dias; 66,67% de 15 a 21 dias; 91,67% > 21 dias; 66,67% todos os dias. Para IgM de 58,33% de 7 a 14 dias; 66,67% de 15 a 21 dias; 100% > 21 dias; 75% em todos os dias. Especificidade de 100% para IgG e IgM em todos os dias.

*Handwritten signature*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
Fundo Municipal de Saúde de Mocajuba  
CNPJ: 11.939.601/0001-80



3	E T MARQUES	WAMA DIAGNÓSTICA	Sensibilidade para IgG de 58,35 de 7 a 14 dias; 72,2% de 15 a 21 dias; 100% > 21 dias. Para IgM 50% de 7 a 14 dias; 55,6% de 15 a 21 dias; 61,54% > 21 dias. Especificidade de 100% para IgG e IgM em todos os dias.
4	MB COMÉRCIO	ABBOTT	O teste demonstrou uma sensibilidade de 95,8% com intervalo de confiança de 85,7% - 99,5% e, uma especificidade de 94% com intervalo de confiança de 83,5% - 98,7%. Os resultados para IgG demonstram uma sensibilidade de 46/48 amostras analisadas e especificidade de 50/50 das amostras analisadas.
5	RADAR	WAMA	Sensibilidade para IgG de 58,35 de 7 a 14 dias; 72,2% de 15 a 21 dias; 100% > 21 dias. Para IgM 50% de 7 a 14 dias; 55,6% de 15 a 21 dias; 61,54% > 21 dias. Especificidade de 100% para IgG e IgM em todos os dias.
6	IFS NASCIMENTO	MEDLEVENSOHN	O teste encontra-se em revisão pela ANVISA.
7	DIGEMAN	MEDLEVENSOHN	O teste encontra-se em revisão pela ANVISA.
8	J.A PRODUTOS	REALY TECH	Sensibilidade para IgG de 62,5% de 7 a 14 dias; 78,6% de 15

*Handwritten signature*





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
Fundo Municipal de Saúde de Mocajuba  
CNPJ: 11.939.601/0001-80

			a 21 dias; 86,7% > 21 dias; 80% para todos os dias. Para IgM 100% de 7 a 14 dias; 64,3% de 15 a 21 dias; 66,7% > 21 dias; 72% para todos os dias. Especificidade de 100% para IgG e IgM em todos os dias.
9	JG GEMAQUE	<b>NÃO ESPECIFICADO</b>	DESCCLASSIFICADA
10	RODRIGUES E SENA	LIVZON	Não foram encontrados dados suficientes para uma análise satisfatória.
11	POLYMEDH	<b>NÃO ESPECIFICADO</b>	DESCCLASSIFICADA

Portanto, analisando a tabela acima, podemos observar o desempenho de cada marca(teste), onde alguns ficaram em uma margem de eficácia próxima a 100%. Sendo as marcas ABBOTT e WAMA DIAGNÓSTICA as que tiveram os melhores resultados, onde a marca ABBOTT apresentou os maiores percentuais de sensibilidade e especificidade tanto para IgM quanto para IgG. Por essa razão, recomendo que a melhor marca das que foram apresentadas é a ABBOTT.

A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ([SBAC](#)), a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial ([SBPC/ML](#)), a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica ([ABRAMED](#)) e a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial ([CBDL](#)), uniram-se em um grande esforço para, usando a estrutura de grandes laboratórios com atendimento hospitalar, promover a avaliação de kits de diagnóstico para SARS-CoV-2 disponíveis no mercado brasileiro.

  
CLÍVIA DOS PASSOS CARDOSO  
Coordenadora da Assistência Farmacêutica na SMS  
Farmacêutica CRF/PA: 5670



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

**ATA DE SESSÃO PARA ANÁLISE E  
JULGAMENTO DA PROPOSTA E  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.**

Às dez horas do dia seis do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade e Município de Mocajuba/PA, na Sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, em seu prédio-sede, sito à Rua Siqueira Mendes, 45, Centro, CEP: 68.420-000, Mocajuba/Pará, reuniram-se, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, devidamente designados, RAFAELE MONIQUE BARBOSA PAES, presidente, NILTON SÉRGIO BRITO RASCON, BENEDITO ALVES RODRIGUES, LUPY RACABIO CUNHA BACELAR, Secretário Municipal de Saúde e CLÍVIA DOS PASSOS CARDOSO Coordenadora da Assistência Farmacêutica na SMS Farmacêutica: CRF/PA:5670, responsável pela elaboração do Termo de Referência, para nos termos do PROCESSO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM, da Secretaria Municipal de Saúde, processar, analisar e julgar o procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU, do Tipo Menor Preço, destinado a seleção das propostas mais vantajosas para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, conforme especificações e condições contidas no Edital e Anexos. Aberta a presente sessão, registra-se preliminarmente, que a análise e julgamento das propostas, bem como, da Documentação de Qualificação Técnica das empresas interessadas, foi realizada pelos Técnicos Responsáveis da SESAU, Secretário Municipal LUPY RACABIO CUNHA BACELAR e CLÍVIA DOS PASSOS CARDOSO, Farmacêutica, que emitiram o devido Parecer Técnico em 06/10/2020, parte integrante dos autos, concluindo que: *"(...) podemos observar o desempenho de cada marca(teste), onde alguns ficaram em uma margem de eficácia próxima a 100%. Sendo as marcas ABBOTT e WAMA DIAGNÓSTICAS as que tiveram os melhores*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PA. de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

*resultados, onde a Marca ABBOTT apresentou os maiores percentuais de sensibilidade e especificidade tanto para LgM quanto para IgG. Por essa razão, recomendo que a melhor marca das que foram apresentadas é a ABBOTT.*.. Registra-se ainda, que a atuação da Comissão de Licitação, restringe-se apenas a subsidiar a análise e julgamento da Documentação de Habilitação, considerando a condição da Secretaria Municipal de Saúde de Organizadora e Coordenadora do presente Chamamento. Ato contínuo, procedeu-se à análise das propostas e Documentação de Habilitação apresentada, via e-mail, pelas Empresas interessadas: 1) GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ Nº 05.658.906/0801-11; 2) SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI, CNPJ Nº 08.959.556/0001-11; 3) E T MARQUES CNPJ Nº 08.691.632/0001-50; 4) M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 97.369.128/0001-69; 5) RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº 20.873.575/0001-26; 6) I F S NASCIMENTO E CIA LTDA, CNPJ Nº 63.872.493/0001-70; 7) DIGEMAN – DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA, CNPJ Nº 07.336.942/0001-94; 8) J.A PRODUTOS DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ Nº 11.201.854/0001-52; 9) J B GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73; 10) RODRIGUES & SENA COMÉRCIO DE E.P.I LTDA, CNPJ Nº 37.555.200/0001-10 e POLYMEDH. EIRELI, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, conforme exigências e condições constantes do Instrumento Convocatório, em observância à legislação e princípios legais que regem a matéria e de acordo com o Preço Médio R\$ 1.616,67 (Unitário) e R\$ 323.333,33 (Total) cotado pela Administração. Ressalta-se que a Certificação das certidões e demais documentos nos respectivos sites, foi realizada em 05/10 2020, considerando o volume significativo de Documentação apresentada pelas Empresas interessadas.. nos seguintes termos:



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/08.19.001-SESAU/PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA. de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

ITEM 01: TESTE RÁPIDO – COVID 19 (CAIXA COM 25 UNIDADES – QUANT. 200)						
ORDEM	EMPRESA	VL. UNID.(R\$) (CAIXA)	VL. TOTAL(R\$)	MARCA	REGISTRO	RESULTADO
1ª	ET MARQUES	800,00	160.000,00	WAMA DIAGNÓSTICA	Atendimento ao Edital	CLASSIFICADA/ HABILITADA
2ª	MB COMÉRCIO	875,00	175.000,00	ABBOTT	Atendimento ao Edital	CLASSIFICADA/ HABILITADA
3ª	IFS NASCIMENTO	1.250,00	250.000,00	MEDLEVENSOEN	Atendimento ao Edital	CLASSIFICADA/ HABILITADA
4ª	DIGEMAN	1.325,00	265.000,00	MEDLEVENSOEN	Atendimento ao Edital	CLASSIFICADA/ HABILITADA
5ª	GOYAZES	237,00	47.500,00	ACROBIO TECH LLCA	- Condição na proposta faturamento mínimo por entrega de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais). - Entrega 7 dias. (Descumprimento item 3.1.6)	- Somente poderá ser classificada, após as que atenderem ao prazo estabelecido: (Item 3.1.7.) HABILITADA
6ª	RADAR	875,00	175.000,00	WAMA	- Licença da Vigilância Sanitária vencida em 27/03/2020 (item 3.3.2) - Alvará não compatível com o objeto (Item 3.3.3.)	CLASSIFICADA/ INABILITADA
7ª	J.A PRODUTOS	120,00 (cotou preço por teste)	600.000,00 (Acima do Médio)	REALY TECH	- Não apresentou na proposta especificação completa do objeto. - Cota preço Unitário por Teste e não por caixa. - Não Apresentou Nenhuma Documentação de Habilitação. (Inobservância aos itens: 3.1 e 3.2 e subitens)	DECLASSIFICADA INABILITADA

*Handwritten signature and initials*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM**  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, PA. de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

8ª	JB GEMAQUE	2.075.00	415.000,00 (Acima do Médio)	Não Apresentou Marca	- Não apresentou na Proposta especificação completa do objeto. (Item 3.1.5) - Alvará vencido em 10/04/2020 (Item 3.3.3 e 3.6.2); - Não apresentou os documentos exigidos nos Itens: 3.2.3, 3.4.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7.	DECLASSIFICADA INABILITADA
9ª	RODRIGUES & SENA	129.00 (Cx e/10 Unid)	645.000,00 (Acima do Médio)	LIVZON	- Não apresentou na proposta, especificação completa do objeto, e Ainda, Caixa com "10 Unid." E demais exigências constantes nos Itens: 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, e 3.1.8) - Apresentou pagamento à vista - Não apresentou os documentos exigidos nos Itens: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2, 3.5.5.	DECLASSIFICADA/ INABILITADA
10ª	SUPERBRANDS	27.20	R\$ 5.440,00	GENRUI BIOTECH	- A empresa apresentou proposta com a descrição: "caixa com 25 testes", mas no valor cotado, está por unidade teste, e ainda, a quantidade é inferior a solicitada no Termo de Referência. - Não especificou o prazo de entrega Inobservância aos Itens: 3.1.5 e 3.1.6)	DECLASSIFICADA HABILITADA
11ª	POLYMEDH	Não Apresentou proposta	mesclar	Apresentou somente Documentação de Habilitação		DECLASSIFICADA HABILITADA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA. de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Diante do exposto, da análise e Julgamento das Propostas e Documentação de Habilitação, em observância aos termos da Lei nº 8.666/93 e do Edital, bem como, aos princípios que regem a administração pública, em especial, à vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, restou constatado que as Empresas: 1ª) **E T MARQUES CNPJ Nº 08.691.632/0001-50;** 2ª) **M B COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 97.369.128/0001-69;** 3ª) **I F S NASCIMENTO E CIA LTDA, CNPJ Nº 63.872.493/0001-70** e 4ª) **DIGEMAN – DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA, CNPJ Nº 07.336.942/0001-94,** atenderam aos requisitos exigidos no Edital e seus anexos, razão pela qual foram declaradas CLASSIFICADAS e HABILITADAS, no presente CHAMAMENTO, assim como a Empresa **GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ Nº 05.658.906/0001-11,** está HABILITADA, contudo, somente poderá ser considerada CLASSIFICADA, após as que atenderam aos prazos estabelecidos, nos termos do item do Edital “3.1.7 Poderão ser oferecidos prazos diferentes dos indicados, porém, propostas com prazo superior ao estabelecido, serão classificadas, após as que atenderem aos prazos propostos”. As Empresas: **RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº 20.873.575/0001-26, J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ Nº 11.201.854/0001-52, J B GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73, RODRIGUES & SENA COMÉRCIO DE E.P.I LTDA, CNPJ Nº 37.555.260/0001-10, SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI, CNPJ Nº 08.959.556/0001-11 e POLYMEDH. EIRELI, CNPJ Nº 63.348.345/0001-10,** não cumpriram integralmente as exigências constantes do Instrumento Convocatório e seus anexos, sendo declaradas DESCLASSIFICADAS e INABILITADAS, respectivamente, conforme exposto supra. Registra-se, que o resultado do julgamento do certame dessa fase será divulgado na forma da lei, nos meios oficiais, reabrindo-se o prazo previsto no Art.109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93. Registra-se ainda, que será disponibilizada e encaminhada uma via desta Ata a todos os interessados para os respectivos e-mail, ficando

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/03.19.061-SESAU/PMM**  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, PA, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.


os autos com vistas franqueadas aos interessados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.


  
LUPY RACABIO CUNHA PACELAR  
Secretário Municipal de Saúde

  
CLÍVIA DOS PASSOS CARDOSO  
Coordenadora da Assistência Farmacêutica,  
Farmacêutica, CRP/PA: 679.

**COMISSÃO:**

  
RAFAELE MONIQUE BARBOSA PAES  
Presidente/CPL

  
NILTON SÉRGIO BRITO RASCON  
Membro/CPL

  
BENEDITO ALVES RODRIGUES  
Membro/CPL