



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

Responsável: EDER BATISTA BRAGA  
Departamento: SETOR DE COMPRAS

### PESQUISA DE MERCADO: EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Pesquisa realizada entre 20/05/2020 12:37:05 e 27/05/2020 12:48:08

Relatório gerado no dia 27/05/2020 12:52:07 (IP: 170.254.248.61)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/ refletor)	10	1 Unidade	30860,30	R\$ 30.860,30
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:252020 UASG:988841	27/03/2020	R\$ 30.860,30
Valor Unitário				R\$ 30.860,30
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 30.860,30</b>				
Valor Global:				R\$ 30.860,30

### MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

**Item 1: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) R\$ 30.860,30**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 30.860,30
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS		Data: 27/03/2020 08:30
Objeto: RP - Equipamentos Médicos e Odontológicos.		Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CONJUNTO DE CORRENTE - Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; hastes retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252020 / UASG:988841

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2020 12:23

Homologação: 06/04/2020 12:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: RS



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG R\$ 11.500,00

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: CONSULTORIO CART+MOCHO STANDARD FIT+OPCIONAIS

Descrição: Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W. A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de 1 ano. FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: D700. MODELO: CONSULTORIO D700 CART TB + MOCHO STANDARD FIT + KIT BRAÇOS LUXO (FIXO + REBATIVEL) CAD + KIT MECANISMO ENC CABECA ALAV D700 + KIT PORTACOPO UAS/ SENSOR APROX + KIT TERMINAL SERINGA TRIPLICE UA + KIT TERMINAL SUCTOR BV UA + KIT SENSOR UNIDADE DE ÁGUA. REGISTRO ANVISA: CADEIRA D1 10069210062. EQUIPO SYNCRU G2 10069210075. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2 10069210063. REFLETOR PERSUS L 10069210069. MOCHO SATNDAR FIT ISENTO. PROC. NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. GARANTIA 12 MESES.

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA R\$ 11.540,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo: Sprint + Opcionais

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; hastes retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano. Registro ANVISA nº 10281300009

12.630.233/0001-57 M. FONTOURA & CIA. LTDA. - ME R\$ 22.000,00


Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo: AQIA

Descrição: Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; hastes retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano

08.849.206/0001-00 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L R\$ 22.771,43



Marca: **KAVO**  
Fabricante: **KAVO**  
Modelo: **CNJ AQIA**

Descrição: - **CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO REFLETOR E UN DE AGUA - KAVO Conjunto AQIA - configuração S (CJ com 1 Mocho SN) ( )** Equipó com trava pneumática e mangueiras suspensas com 5 terminais, sendo 2 com conexão Borden para Alta e Baixa rotação e uma Seringa 3F Cabeceira biarticulada Pedal Multifuncional Premium Refletor Lâmpada Halógena Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi e braço extensor curto para até 4 terminais + seringa triplice auxiliar ( ) Kit sucção central (10114377) Equipó não é ambidestro simultaneamente, porém atende a destros e canhotos, tal característica deve ser definida no ato da compra, pois a linha AQIA, precisa de um kit carenagem canhoto, para ser instalado a cadeira do lado oposto ao padrão. \* Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço de rei to escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; haste s retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmalçada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano.

**14.487.450/0001-65 CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP**

**R\$ 30.000,00**

Marca: **Kavo**  
Fabricante: **Kavo**  
Modelo: **AQIA S**

Descrição: **Conjunto AQIA - configuração S (CJ com 1 Mocho SN) (15.323) > Equipó com trava pneumática e mangueiras suspensas com 5 terminais, sendo 2 com conexão Borden para "Alta e Baixa rotação" e uma Seringa 3F + Cabeceira biarticulada + Pedal Multifuncional Premium + Refletor Lâmpada Halógena + Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi e braço extensor curto para até 4 terminais + seringa triplice auxiliar (212) + Kit sucção central (10114377) (405).**

**26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

**R\$ 31.720,60**

Marca: **KAVO**  
Fabricante: **KAVO**  
Modelo: **AQIA**

Descrição: **CJ CONSULTORIO AQIA S FISIOMOCHO SN REFLETOR HALOGENO KAVO SERINGA TRIPLIC KIT SUCCAO CENTRAL \*CADEIRA: ESTOFAMENTO KOMFORTINJETADO EM ESPUMA DE ALTA DURABILIDADE, REVESTIDO COM LAMINADO 100% PVC SEM COSTURA COM 3 SISTEMAS DE SEGURANÇA ANTI ESMAGAMENTO - ABAIXO DO ENCOSTO, ASSENTO E ALÇA DO PEDAL. CABECEIRA BI-ARTICULADA COM APOIO CERVICAL E OCIPITAL ADEQUADA PARA DIFERENTES BIÓTIPOS DE PACIENTES, APOIO DE BRAÇO DUPLO E REBATÍVEL, CADEIRA SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO BASE DA CADEIRA COM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE MOVIMENTOS REALIZADOS POR UM MOTOR SILENCIOSO DE 8000N NO ASSENTO E DE 6000N DO ENCOSTO. \*EQUIPO TRAVA PNEUMÁTICA MESA PARA ATÉ 5 TERMINAIS, SENDO 2 CONEXÕES BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E UMA SERINGA TRÍPLICE COM PONTEIRA AUTOCALAVÁVEL, HASTES AÉREAS COM DUAS POSIÇÕES DE TRAVA, BERÇO PARA PEÇAS DE MÃO FEITO EM MATERIAL SOFT E REMOVÍVEL, SERINGA TRÍPLICE DESTACÁVEL, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA PUXADOR DUPLO, ABERTO E METÁLICO BANDEJA AUXILIAR LATERAL REGULAGEM EXTERNA E INDIVIDUAL DE ÁGUA E AR DO SPRAY DAS PEÇAS DE MÃO. DUAS MANGUEIRAS BORDEN, BRAÇO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SUPORTE DOS INSTRUMENTOS EM 45° GRAUS E ESCALONADO BANDEJA INOX COM BORDA AMPLA PUXADORES METÁLICO E BIOSSEGUROS. \*UNIDADE SUCTORA: FIXA À CADEIRA - ACOMPANHA O MOVIMENTO DA CADEIRA, ÁGUA NO COPO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, SUGADOR VENTURI 6,3MM, MESA AUXILIAR PARA ATÉ 4 TERMINAIS, GARRAFA DE ÁGUA EMBUTIDA DE 1,5L, TECLADO TOUCH PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, PEÇAS DE MÃO E SUCTORA, MANGUEIRAS DA SUCTORA COM ENCAIXE RÁPIDO, CUBA DE PORCELANA GIRATÓRIA EM 180°, AUTOCALAVÁVEL COM DIÂMETRO DE 24CM, MESA AUXILIAR COM BRAÇO EXTENSOR CURTO MANGUEIRAS DOS SUGADORES REMOVÍVEIS COM ENGATE RÁPIDO. \*PEDAL: COMANDO DE PÉ MULTIFUNCIONAL PREMIUM - COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS DESLIZANTE E PROGRESSIVO, ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MANUAIS E AUTOMÁTICOS DA CADEIRA, ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE ÁGUA NA CUBA, ALÇA PARA TRANSPORTE, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR \*REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000°K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25.000 A 8.000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGAMÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO O MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO E COMPRIDO QUE PERMITE, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO, ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA E VISUALIZADOR DA INTENSIDADE NO TECLADO DE MEMBRANA. \* MOCHO SN: MOCHO ODONTOLÓGICO A GAS, SEM APOIO DE BRACOS, COM DESIGN ERGONÓMICO, FABRICADO EM MATERIAL ANTIFLAMAVEL E IMPERMEAVEL COM AJUSTE MANUAL DA ALTURA DO ESPALDAR E AJUSTE DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL. M-FISIOMOCHO SN F-KAVO P-NAC RMS - ISENTOS CONF.RDC 260/2002 M - AQIA S F - KAVO P - NAC RMS 10064010153 \*\* AO EMPENHAREM CONSULTÓRIOS FAVOR CONSULTAREM SITE www.kavo.com E COLOCAREM A COR DA CADEIRA PARA AGILIZAR A ENTREGA. \*\* ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO O LOCAL DEVE ESTAR DENTRO DO PADRÃO KAVO**

**05.412.147/0001-02 DENTAL OESTE EIRELI**

**R\$ 31.880,00**



Marca: **Kavo**

Fabricante: **Kavo**

Modelo: **Aqia**

Descrição: Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; hastes retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano.

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA

R\$ 31.900,00

Marca: **SAEVO**

Fabricante: **SAEVO**

Modelo: **CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**

Descrição: Consultório Odontológico composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar cadeira eletrônica, 220V, braço direito escamoteável encosto de cabeça biarticulado estofamento poliuretano expandido sem costuras verde claro, total comando de pé três posições de trabalho, desligamento automático KA RT 1 seringa triplice 1 terminal Borden alta 1 terminal Borden baixa hastes retráteis balanceadas HASTE FLEXIVEL. refletor acoplada ao braço Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano. PROCEDÊNCIA NACIONAL ANVISA: 10069210065 MARCA: SAEVO

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 32.790,86

Marca: **Kavo**

Fabricante: **Kavo**

Modelo: **Conjunto Aqia**

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO: COMPOSTO DE CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR E UNIDADE AUXILIAR, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: A CADEIRA DEVERÁ SER ELETRÔNICA, DE VOLTAGEM 220V, COM BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL, ENCOSTO DE CABECA BI-ARTICULADO, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO SEM COSTURAS, COR VERDE CLARO, TOTAL COMANDO DE PE DA CADEIRA E DO REFLETOR, POSICAO VOLTA A ZERO, TRES POSICOES DE TRABALHO PROGRAMAVEIS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO REFLETOR QUANDO ACIONADO A POSICAO DE VOLTA A ZERO. O EQUIPO ACOPLADO OU KART QUE DEVERA TER AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 01 SERINGA TRIPLICE. 01 TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTACAO. 01 TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTACAO. HASTES RETRATEIS BALANCEADAS. BANDEJA COM DUPLA ARTICULACAO. BRACO DO EQUIPO FLEXIVEL. O REFLETOR DEVE SER ACOPLADO AO BRACO VERTICAL DO FIXO A CADEIRA. CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO. CAMPO DE ILUMINACAO DE 8 X 12 A 70 CM DE DISTANCIA COM 20.000 LUX. COM SISTEMA DE TROCA FACIL DE LAMPADAS E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E LAMPADA HALOGENA: 12V X 55W A UNIDADE AUXILIAR DEVERA TER: BACIA EM PORCELANA OU CERAMICA. 01 SERINGA TRIPLICE. 01 SUGADOR CONVENCIONAL PARA PROCEDIMENTOS CLINICOS. 01 SUGADOR COM MAIOR CAPACIDADE DE SUCCAO, PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. PORTA COPO. ACIONAMENTO AUTOMATICO DO SUGADOR. SEPARADOR DE DETRITOS NA CAIXA DE COMANDO. BACIA EM CERAMICA ESMALTADA. CUBA DA CUSPEIRA DESTACADA DO CORPO DA UNIDADE E COM MOVIMENTO. MANGUEIRAS COM ENGATE RAPIDO. BRACO AMBIDESTRO DO EQUIPO. TEMPORIZADOR. DEVE ACOMPANHAR O MOCHO. COM MANUAL EM PORTUGUES E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. - Marca: Kavo - N.Comercial: Conjunto Aqia - Reg.MS: 10064010153

02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP

R\$ 33.474,00

Marca: **Conjunto AQIA**

Fabricante: **KAVO**

Modelo: **Conjunto AQIA**

Descrição: Consultório Odontológico completo: composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar, conforme descrição abaixo: A cadeira deverá ser eletrônica, de voltagem 220V, com braço direito escamoteável, encosto de cabeça bi-articulado, estofamento em poliuretano expandido sem costuras, cor verde claro, total comando de pé da cadeira e do refletor, posição volta a zero, três posições de trabalho programáveis, desligamento automático do refletor quando acionado a posição de volta a zero. O equipo acoplado ou Kart que deverá ter as seguintes características: 01 seringa triplice; 01 terminal Borden para alta rotação; 01 terminal Borden para baixa rotação; hastes retráteis balanceadas; bandeja com dupla articulação; braço do equipo flexível; O refletor deve ser acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Com sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente e lâmpada Halógena: 12V x 55W; A unidade auxiliar deverá ter: bacia em porcelana ou cerâmica; 01 seringa triplice; 01 sugador convencional para procedimentos clínicos; 01 sugador com maior capacidade de sucção, para procedimentos cirúrgicos; porta copo; Acionamento automático do sugador; Separador de detritos na caixa de comando; bacia em cerâmica esmaltada; cuba da cuspeira destacada do corpo da unidade e com movimento; mangueiras com engate rápido; Braço ambidestro do equipo; temporizador. Deve acompanhar o mocho. Com manual em português e garantia de no mínimo 1 ano. MARCA E/OU MODELO Conjunto AQIA FABRICANTE: KAVO R.M.S.: 10064010153